



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO DO PREGOEIRO

Pregão E-089/2022 - Processo nº 27040/2022.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A “AQUISIÇÃO DE TIRA TESTE REAGENTE PARA GLICEMIA COM FORNECIMENTO GRATUITO DE APARELHO PARA EXAME”.

Conforme Comunicação Interna nº 01/2023, referente à Análise de Amostra, encaminhada pela Secretaria de Saúde, parte integrante deste Despacho, temos a informar o seguinte:

Item Reprovado:

*CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA, item: 01;

Informamos que a referida empresa cumpriu com as obrigações das cláusulas 6.22 e 10.1.1 do Edital. Assim sendo, em atendimento à cláusula 6.28, as empresas ficam convocadas para a continuidade do certame **QUE OCORRERÁ DIA 10/01/2023 às 09:00 horas**. Informamos que nesta sessão serão examinadas as propostas subseqüentes do item 01 considerado reprovado.

Taboão da Serra, 06 de janeiro de 2023.



Thiago Fernandes do Rosário
Pregoeiro



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Saúde
ESTADO DE SÃO PAULO

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº 01/2023
DATA 06/01/2023

DE: Selma Sylvestre
Compras - Saúde

PARA: Roberto Ap. Moraes
Delico

ASSUNTO:

ANÁLISE DE AMOSTRAS -

Processo: Nº E-89/2022
Aquisição de Tira Teste Reagente Para Glicemia Com Fornecimento Gratuito De
Aparelho Para Exame.
Fornecedores: CROMO COMERCIO

Segue resposta de análise de amostra do fornecedor conforme relatório anexa.

Aproveito a oportunidade para renovar os votos de estima, colocando-me à disposição dirimir eventuais dúvidas acerca da questão.

Atenciosamente,


Selma Sylvestre
Compras - SMS



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Pregão Eletrônico nº E – 89/2022


Objeto: AQUISIÇÃO DE TIRA TESTE REAGENTE PARA GLICEMIA COM FORNECIMENTO GRATUITO DE APARELHO PARA EXAME.

Fornecedor: CROMO COMERCIO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID. COMERCIAL	MARCA	STATUS
1	055.00065.0010-01	TIRA TESTE REAGENTE PARA GLICEMIA CAPITAR	UN.	GLUCOLEADER	REPROVADO*

* Em análise e teste da tira teste para glicemia capilar da empresa CROMO, não informa o método utilizado a química enzimática de desidronage na amostra de sangue e nem se há interferência em amostras lipêmicas.

Taboão da Serra, 06 de janeiro de 2023.


Roseli Akiko Y. Moreira
Enfermeira
ORENSP 22.771
Enfermeira – Setor de Suprimentos

