



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO DO PREGOEIRO – RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Pregão E-084/2022 - Processo nº 26.598/2022.

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE RAIOS-X FIXO DIGITAL, DUAS PLACAS E IMPRESSORA”.

Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO solicitado pela empresa CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA (CAMPINAS), protocolado, conforme Edital, no Portal de Licitações “Compras BR”, em 03/05/2023, parte integrante deste Despacho.

Ao solicitante, temos a informar que, instada, a Secretaria da Saúde, em manifestação enviada por e-mail, em 05/05/2023, manifestou-se nos seguintes termos: *“Boa tarde! Conforme conversado e determinado pela equipe técnica, **solicitamos que o descritivo seja mantido conforme solicitado, pois trata-se da necessidade desta municipalidade.**”* (Grifo nosso).

Taboão da Serra, 08 de maio de 2023.

Thiago Fernandes do Rosário
Pregoeiro

Campinas, 03 de maio de 2023.

**AO
MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
TABOÃO DA SERRA – SP**

**PREGÃO ELETRÔNICO
QUINTO CADERNO - Nº E-084/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26598/2022
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL**

OBJETO: A presente licitação visa à escolha da melhor PROPOSTA COMERCIAL para a “AQUISIÇÃO DE RAIOS-X FIXO DIGITAL, DUAS PLACAS E IMPRESSORA”, conforme descrito no Edital e seus Anexos

A empresa **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**, inscrita no **CNPJ sob nº 46.563.938/0014-35**, vem, solicitar **alteração** das especificações técnicas do Anexo I – Termo de Referência deste Edital do **ITEM 01 – APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL**, pelos seguintes motivos:

Ao analisarmos as especificações técnicas verificamos que alguns pontos supostamente restringem e impedem o equilíbrio técnico entre os players, impactando diretamente no aferimento de lances e economicidade ao erário, portanto se faz necessário algumas alterações, para que haja ampla concorrência, economicidade e todos os licitantes possam apresentar suas propostas de forma regular, e primordialmente propiciar a este órgão público a melhor análise de todas, para escolher a mais vantajosa para administração pública

Alterações:

- **Onde se lê:** CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 200 KG;
- **Leia-se:** CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 170 KG;
- **Justificativa:** A alteração deste item permitirá aumentar a participação de fornecedores no processo possibilitando Isonomia, maior competitividade e melhor preço de oferta no certame.

- **Onde se lê:** ESTATIVA PORTA TUBO DE RAIOS X: TIPO CHAO-MESA OU CHAO-CHAO;
- **Leia-se:** ESTATIVA PORTA TUBO DE RAIOS X: TIPO CHAO-MESA, CHÃO-TETO OU CHAO-CHAO;
- **Justificativa:** A alteração sugerida acima permite que empresas entreguem equipamentos similares sem causar quaisquer prejuízos técnico-operacionais ao Órgão, já que sistemas chão-teto são de fácil montagem, não havendo necessidade de adequação da carga. Além disso, permite ampliação da concorrência do certame, permitindo com que mais empresas possam participar, possibilitando maior competitividade e, conseqüentemente, melhor uso da verba disponível.

- **Onde se lê:** PARA DETECTORES COM BATERIA EXTERNA, DEVERA ACOMPANHAR, ALEM DA BATERIA INTEGRANTE, NO MINIMO MAIS 02 UNIDADES DE BATERIAS EXTRAS POR DETECTOR. INDEPENDENTE DA FONTE DE ENERGIA UTILIZADA, DEVERA SER APRESENTADA VIDA UTIL DE PELO MENOS 3 ANOS
- **Alterar para:** PARA DETECTORES COM BATERIA EXTERNA, DEVERA ACOMPANHAR, ALEM DA BATERIA INTEGRANTE, NO MINIMO MAIS 01 UNIDADE DE BATERIA EXTRA POR DETECTOR. INDEPENDENTE DA FONTE DE ENERGIA UTILIZADA, DEVERA SER APRESENTADA VIDA UTIL DE PELO MENOS 3 ANOS

- **Justificativa:** A solução ofertada pela Canon Medical é acompanhada de 1 carregador de bateria para os 02 detectores, com capacidade de carregar duas baterias por vez. Solicitamos a alteração acima, pois enquanto duas baterias estão sendo utilizadas (uma em cada detector), as outras duas estão sendo carregadas simultaneamente, sendo um carregador suficiente, sem lesar de forma alguma ao que foi requisitado pelo Órgão.
- **Onde se lê:** CONSOLE DE AQUISICAO, VISUALIZACAO E MANIPULACAO DE IMAGENS: MONITOR LCD DE NO MINIMO 21 POLEGADAS E SENSIVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN).
ESTACAO DE AQUISICAO COM CONFIGURACAO MINIMA: PROCESSADOR CORE I5 (SUPERIOR OU SIMILAR), 500GB DE ARMAZENAMENTO HARD DISK E 8GB DE MEMORIA RAM OU SUPERIOR;
- **Leia-se:** CONSOLE DE AQUISICAO, VISUALIZACAO E MANIPULACAO DE IMAGENS: MONITOR LCD DE NO MINIMO 21 POLEGADAS E SENSIVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN) OU NÃO.
ESTACAO DE AQUISICAO COM CONFIGURACAO MINIMA: PROCESSADOR CORE I3 (SUPERIOR OU SIMILAR), 500GB DE ARMAZENAMENTO HARD DISK E 8GB DE MEMÓRIA RAM OU 4GB DE MEMORIA DDR OU SUPERIOR;
- **Justificativa:** Sugerimos a nova redação, que além de ampliar a competitividade, delimita a performance mínima do sistema. Além disso, a manutenção dos itens acima limitará a participação de várias empresas, ferindo a Isonomia do processo e indo em desencontro à ampla participação proposta pela Lei 8.666.

DO PEDIDO:

Senhor Pregoeiro, serve a presente para requerer à V.Sas. o pedido de alteração das especificações técnicas acima citado para que possamos participar deste pleito e elaborar nossa proposta em igualdade de condições, propiciando a este órgão Público a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa.

A Canon Medical possui uma ampla linha de produtos, é fornecedora tradicional no mercado Brasileiro tanto no mercado Público como no Privado e tem todo interesse em participar dos processos licitatórios instaurados por este Órgão.

Atenciosamente,

**MARLY SAYURI EISHIMA****GERENTE DE VENDAS PUBLICAS****RG N° 18.157.997-2 SSP/SP****CPF N° 110.896.598-90****46.563.938/0014-35****CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA****Av. Pierre Simon DE Laplace, 965****Techno Park - CEP 13069-320****CAMPINAS - SP**