



# Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

## Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE SÃO PAULO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – LEI Nº 14.133/2021

FOLHA	000020
PROC	26237/2024
RUBRICA	e

**1. UNIDADE REQUISITANTES:** Secretaria Municipal de Saúde.

### **2.OBJETO: Aquisição de Equipamentos Odontológicos**

#### **3. DEFINIÇÃO E JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:**

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, no qual o município tem seu papel fundamental no direcionamento e implementação da assistência em saúde, buscando sempre qualificar e implementar serviços novos de acordo com a real necessidade epidemiológica e financeira do município;

Considerando o art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que estabelece os princípios e diretrizes do SUS, de universalidade do acesso, integralidade da atenção e descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo, estabelecendo assim competência para cada esfera de governo, cabendo então ao município de Taboão da Serra a Aquisição de Equipamentos Odontológicos a fim de suprir a necessidade local de renovação dos consultórios e implementação de novos serviços Odontológicos Municipais.

Sempre buscando benefícios diretos e indiretos é justificável a aquisição dos itens em questão para melhorar as condições de trabalho, a qualidade dos atendimentos e a implantação de novos consultórios e tecnologias, representando avanço na assistência, diagnóstico e tratamento aos pacientes.

Essa Secretaria vê essa aquisição como um facilitador de acesso aos tratamentos, uma melhoria no fluxo e incremento de algumas tecnologias para melhora na qualidade da assistência.

#### **4. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:**

Através desse processo de ata de registro de preços pretendemos melhorar a assistência em Saúde Bucal, qualificar as ações em saúde, proporcionar acesso contínuo aos cuidados e melhora nos diagnósticos em Saúde Bucal.

#### **5. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES ANUAIS:**

A contratação pretendida está de acordo com o plano de contratação Anual (documento anexo).

#### **6. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA:**

Os itens a serem adquiridos devem seguir os padrões de desempenho e qualidade de acordo com os descritivos e especificações próprios descritos no item 7 a fim de executar com qualidade as funções específicas esperadas de cada tipo de equipamento

#### **7. CLASSIFICAÇÃO DO BEM COMUM:**

Os itens a serem adquiridos se enquadram como comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado.

#### **8. INTERESSE DE CONTRATAÇÃO POR OUTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS:**

Descabe a realização de consulta a outras unidades administrativas acerca do interesse na contratação, pois a demanda é exclusiva do Setor de Saúde, em especial da Saúde Bucal razão pela qual a aquisição visa repor equipamentos para a execução de tratamentos odontológicos nas UBSs e CEO.

#### **9. DESCRIÇÃO, ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES E ÍNDICE DE MAIOR RELEVÂNCIA:**



# Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

## Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA	000021
PROU	26237/2024
RUBRICA	<i>[Handwritten Signature]</i>

09.1 A equipe técnica responsável fez um levantamento da necessidade das unidades em questão, de cada item, de acordo com o perfil demográfico, com a média populacional atendida, levando em consideração/estado dos equipamentos em questão e a futuras inaugurações de unidades de saúde.

Item Geral	Código	Descrição	Unidade Comercial	Quantidade
1	027.00037.0010-01	<p><b>CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COM KART NÃO ACOPLADO</b></p> <p>COM BRAÇO ARTICULÁVEL DE APOIO PARA PACIENTE, REBATÍVEL EM 90º; COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL E PINTURA ELETRÓSTATICA. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA A CADEIRA PARA OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO DO CONSULTÓRIO COM CARENAGEM EM ABS BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE QUE DISPENSA DE FIXAÇÃO NO PISO, REVESTIDA EM ABS PEDAL INDEPENDENTE MULTIFUNCIONAL: 4 POSIÇÕES DE TRABALHO, VOLTA A ZERO E POSIÇÃO CUSPIR. FUNÇÃO BLOQUEIO DOS MOVIMENTOS, ALTURA MÍNIMA DE 45 CM E ALTURA MÁXIMA DE 90 CM DO ASSENTO AO CHÃO. CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200KG. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BI ARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA. ENCOSTO COM POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO A -5º (POSIÇÃO QUE PERMITE A RECUPERAÇÃO DE PACIENTES EM LIPOTIMIA). SISTEMA DE ELEVAÇÃO: ELETROMECCÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. SISTEMA ELETRÔNICO: INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127V~ 50/60HZ. POSIÇÃO CUSPIR E RETORNO À ÚLTIMA POSIÇÃO. ACIONAMENTO E AJUSTE DA INTENSIDADE DA LUZ DO REFLETOR. VOLTA À ZERO AUTOMÁTICA. SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. BLOQUEIO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA COM ALERTA DE LUZ DE EMERGÊNCIA. COMANDOS DO PEDAL PODEM SER FACILMENTE REVERTIDOS.</p> <p><b>KART:</b></p> <p>EQUIPO KART COM QUATRO RODÍZIOS COMPOSTO POR 04 TERMINAIS SENDO: 1 SERINGA TRÍPLICE CONVENCIONAL, 2 TERMINAIS PARA ALTA ROTAÇÃO BORDEN COM REFRIGERAÇÃO POR SPRAY; SISTEMA ANTIRREFLUXO, VÁLVULA ANTIRRETRAÇÃO, FILTRO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA; FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS TERMINAIS DE ALTA ROTAÇÃO POR TANQUE PRESSURIZADO ACOPLADO. BANDEJA ÚNICA EM INOX PARA APOIO DOS MATERIAIS DE TRABALHO. REFLETOR: A LE, DE INTENSIDADE REGULÁVEL DE 8.000 A 30.000 LUX CONTROLE DE INTENSIDADE E ON/OFF NO PEDAL PUXADOR BILATERAL ESPELHO MULTIFACETADO COM PROTEÇÃO FRONTAL TRANSPARENTE DE POLICARBONATO E BRAÇO BALANCEADO COM MOLA. UNIDADE AUXILIAR REBATÍVEL EM 90º COM 2 SUGADORES VENTURI COM Ø6,5MM E Ø9,5MM PARA CÂNULA DESCARTÁVEL COM SEPARADOR DE DETRITOS NAS MANGUEIRAS CUBA BRANCA EM POLÍMERO REMOVÍVEL ACIONAMENTO DA ÁGUA DA CUBA NO PEDAL COM TIMER,, MANGUEIRAS EMBUTIDAS DEVERA ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: -01 CANETA DE ALTA ROTACAO, DESENHO ERGONÔMICO, TRIPLO SPRAY, SUPERFÍCIE LISA, ESTERILIZÁVEIS ATÉ 135ºC (ATÉ 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO), TURBINA EXTRA TORQUE, SPRAY TRIPLO, ROLAMENTO DE CERÂMICA PARA BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, ACOPLAMENTO: BORDEN SISTEMA DE TROCA-BROCA: FRICTION-GRIP (FG). TORQUE: 0,18 NCM. ROTAÇÃO MÁXIMA: 420.000 RPM COM GARANTIA DE 1 ANO, REGISTRADA NA ANVISA E CERTIFICADA PELO INMETRO. -1 CONTRA ÂNGULO INTRA COM IRRIGACAO EXTERNA -1 MICROMOTOR ENCAIXE BORDEN, SISTEMA DE ENGATE INTRA E IRRIGACAO EXTERNA.</p>	UN	10



# Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

## Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA	000022
PROC	26.237/2024
RUBRICA	<i>[Handwritten signature]</i>

		ENTREGA E INSTALAÇÃO POR CONTA DO VENCEDOR. GARANTIA DE 1 ANO.		
2	027.00005.0024-01	<b>CANETA DE ALTA ROTAÇÃO</b>  DESENHO ERGONÔMICO, SUPERFÍCIES LISAS, ESTERILIZÁVEIS ATE 135°C (ATE 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO), TURBINA EXTRA TORQUE, SPRAY TRIPLO, ROLAMENTO DE CERAMICA PARA BAIXO NIVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, ACOPLAMENTO: BORDEN SISTEMA DE TROCA BROCA FRICTION GRIP (FG).  TORQUE: 0,18 NCM ROTAÇÃO MÁXIMA: 420.000 RPM GARANTIA DE 1 ANO REGISTRADO NA ANVISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA  CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.	UN	100
3	027.00204.0020-01	<b>BOMBA DE VÁCUO</b>  <b>UNIDADE PARA 1 CONSULTÓRIO. BIVOLT.</b>  GABINETE EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. SILENCIOSA DIMENSÕES APROXIMADAS: C27,5CMXL 27CMX H 35CM. SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO. PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA NO FILTRO COLETOR. TURBINA COM DIMENSIONAMENTO PARA ALTO RENDIMENTO. TEMPORIZADOR DE VARREDURA - SISTEMA QUE AO COLOCAR O SUCTOR NO SUPORTE DA UNIDADE AUXILIAR, A SUÇÃO PERMANECE POR APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS A FIM DE LIMPAR TODA A TUBULAÇÃO INTERNA. TURBINA EM LIGA DE BRONZE. * FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUÇÃO COM ABERTURA SUPERIOR, EVITANDO O CONTATO COM OS RESÍDUOS E DE FÁCIL LIMPEZA. * FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA. * PROTETOR TÉRMICO INTERMITENTE E CIRCUITO ELETRÔNICO PROTETOR DE QUEDAS DE TENSÃO NA REDE EXTERNA. * MOTOR COM EIXO CENTRAL EM INOX. * GARANTIA TURBINA DE BRONZE: 10 ANOS. VÁCUO MÁXIMO: 330MMHG/12,92INHG MOTOR:1/3HP ROTAÇÕES DO MOTOR:1755- 60HZ BIVOLT FREQUENCIA: 60HZ TENSÃO NA PLACA DE COMANDO: 24V VAZÃO DE AR MÁX.: 150L/MIN CONSUMO DE ÁGUA: 0,30LMIN  ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA 1 ANO.	UN	01
4	027.00448.0016-01	<b>ULTRASSOM ODONTOLÓGICO PORTÁTIL</b>  TRANSDUTOR ULTRASSOM: SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 32.000 HZ, BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL TRANSLÚCIDO COM ILUMINAÇÃO A LED, EQUIPAMENTO LISO, COM CANTOS ARREDONDADOS, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT COM FUSÍVEL; VOLUME DO RESERVATÓRIO DA BOMBA PERISTÁLTICA: 500ML FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 32.000 HZ ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 127V / 220V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ FUSÍVEL: 1A 127V / 220V	UN	20



# Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

## Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA	000023
PROC	26237/2024
RUBRICA	e

		POTÊNCIA: 60 VA CONSUMO: 0,45A INCLUI 03 INSERTOS PARA USO CLÍNICO. GARANTIA DE 1 ANO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA.		
5	027.00454.0004-01	<b>RAIO-X ODONTOLÓGICO (PORTÁTIL)</b>  MODELO DE COLUNA MÓVEL, PORTÁTIL, COM QUATRO RODÍZIOS. COM SISTEMA DE PRAQUECIMENTO DO TUBO, CONTROLE DIGITAL COM CABO REMOVÍVEL: FUNÇÕES COMANDADAS PELO CONTROLE DIGITAL QUE POSSUI FIXAÇÃO MAGNÉTICA E É CONECTADO COM CABO ESPIRALADO DE APROXIMADAMENTE DE 5 METROS, TEMPOS PRÉ-PROGRAMADOS (20 TEMPOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA APLICAÇÕES DISTINTAS, CONFORME O TIPO DE PACIENTE, RECEPTOR RADIOGRÁFICO OU POSIÇÃO DO DENTE), SELEÇÕES E AJUSTES DE TEMPO DIGITAL E ANALÓGICO INTERVALOS DE TEMPO: 20 INTERVALOS DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO PADRONIZADOS - PERMITIR OPERAÇÕES COM TOMADAS CENTESIMAIS A PARTIR DE 0.06 SEGUNDOS. BIVOLT TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 60MS A 3,2S. POTÊNCIA DE ENTRADA: 1200VA. FREQUÊNCIA DA REDE: 50/60HZ. TENSÃO DO TUBO: 70KVp. CORRENTE DO TUBO: 7MA. GARANTIA: 01 ANO EM TODOS OS ITENS ASSISTÊNCIA TÉCNICA; REGISTRADO NA ANVISA.	UN	03
6	027.00151.0014-01	<b>CÂMARA ESCURA PARA RX ODONTOLÓGICO</b>  ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS, TORNANDO FÁCIL O ACESSO ÀS CUBAS, EVITANDO O MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR, CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO E POSSUIR CARACTERÍSTICAS ATOXICAS, BOA RIGIDEZ, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS (ÁCIDOS, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS E DETERGENTES), FÁCIL REMOÇÃO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA. SEM BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO, BASE REMOVÍVEL (PARA COLETA DE RESÍDUOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO), POSSUI ALOJAMENTO PARA OS RECIPIENTES QUE CONTÉM LÍQUIDO EVITANDO QUE OS MESMOS FIQUEM SOLTOS, VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, TRANSPARENTE E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ. GARANTIA DE 01 ANO ASSISTÊNCIA TÉCNICA	UN	05
7	027.00008.0008-01	<b>CONTRA ÂNGULO</b>  CONTRA ÂNGULO COM GIRO LIVRE DE 360º, ACOPLAMENTO/ ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL, SPRAY EXTERNO E CABEÇA ANGULADA, ENCAIXE BORDEN, MÍNIMO DE 5.000 RPM E MÁXIMO DE 20.000 RPM, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, SISTEMA SACA BROCAS REGISTRADO NA ANVISA E CERTIFICADO NO INMETRO ASSISTÊNCIA TÉCNICA GARANTIA DE 1 ANO REGISTRADO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.	UN	60
8	027.00186.0004-01	<b>MICROMOTOR.</b>  SPRAY EXTERNO, CORPO DO MICROMOTOR COM LINHAS ARREDONDAS, EM ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO, AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C.PRESSÃO DE TRABALHO: MÁXIMA 275,79 KPA = 40 PSI = 2,75 BAR, CONSUMO DE AR: 54 L/MIN, ROTAÇÃO: DE 5.000 À 20.000 RPM. TERMINAL DE ENCAIXE: TIPO BORDEN (02 FUROS). ACOPLAMENTO: ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA PARA PEÇA RETA OU CONTRA ÂNGULO. SPRAY EXTERNO	UN	60



# Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

## Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA	000024
PROC	26237/2024
LUBRIFICA	eb

		<p>PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA, EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO, REGULAGEM DE ROTAÇÃO/INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR, PRESSÃO DE AR DE TRABALHO DE ATÉ 40 LIBRAS/POLEGADAS (PSI), ALTO TORQUE. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO, TRATAMENTO ELETROQUÍMICO DA ROSCA PARA UMA MAIOR DURABILIDADE. ACOMPANHA ADAPTADOR PARA LUBRIFICAÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REGISTRADO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. GARANTIA DE 1 ANO CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.</p>		
9	027.00006.0022-01	<p><b>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO.</b></p> <p>COMPRESSOR PARA USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; TIPO PISTÃO; 01 ESTÁGIO; SEM ÓLEO; COM REGULADOR DE PRESSÃO; CAPACIDADE EFETIVA COM DESLOCAMENTO DE NO MÍNIMO 300 LITROS/MIN; MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 01HP; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS; NO MÍNIMO 1700 DE RPM; MOTOR MONOFÁSICO; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 110 V, FREQUÊNCIA 60 HZ. SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICA, QUANTO AQUECIMENTOS E FLUTUAÇÕES DA REDE; EQUIPADO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA; DRENAGEM SEMIAUTOMÁTICA NO COMPRESSOR OU NA TUBULAÇÃO DE SAÍDA; ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO MANGUEIRAS, TERMINAIS E ETC.; SISTEMA COM PRESSOSTATO GARANTINDO UMA PRESSÃO DE 80LBS A 120LBS PARA A VAZÃO MÁXIMA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA GARANTIA DE 1 ANO</p>	UN	05
10	027.00450.0003-01	<p><b>LOCALIZADOR APICAL ROTATÓRIO C/ MOTOR P/ ENDODONTIA</b></p> <p>FUNÇÃO RECÍPROCANTE; LOCALIZADOR APICAL INTEGRADO; TELA: SISTEMA TOUCH SCREEN 4 MODOS DE TRABALHO 1 - MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO DO CANAL RAIZ 2 - AMOLIAÇÃO DO CANAL RADICULAR 3 - MOVIMENTO RECÍPROCANTE E ROTATIVO 4 - MEDIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CANAL RADICULAR EM CONJUNTO. E SEIS FUNÇÕES MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO POR MULTI FREQUÊNCIA;AMPLIAÇÃO NORMAL; INVERSÃO AUTOMÁTICA NA ZONA APICAL;MOVIMENTO ALTERNATIVO; DESACELERAÇÃO AUTOMÁTICA NA ZONA APICAL; INÍCIO E FIM DA OPERAÇÃO: MOTOR PARA AUTOMATICAMENTE.VOLTAGEM - BIVOLT ITENS INCLUSOS:1 UNIDADE PRINCIPAL,1 CONTRA ANGULO 16:1,1 MOTOR DE MÃO, 1 FONTE, 1 LOCALIZADOR APICAL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA GARANTIA 01 ANO</p>	UN	03
11	027.00034.0012-01	<p><b>MOCHO ODONTOLÓGICO</b></p> <p>MOCHO ODONTOLÓGICO COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO A GÁS, ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL, COM FÁCIL REGULAGEM DA INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO POR ALAVANCAS INDEPENDENTES, PARA PERFEITO AJUSTE ANATÔMICO. BASE COM 5 RODÍZIOS RESISTENTE, EXCELENTE ESTABILIDADE E MOBILIDADE, QUE SUPORTE ATÉ 250KG E COM PROTEÇÃO DO ENCOSTO REFORÇADA. ACOMPANHA SACA BROCAS CONDIÇÕES : O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERA APRESENTAR CATALOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERA SUBMETIDA A APROVAÇÃO PELA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE. ESTA AMOSTRA SERA DEVOLVIDA APOS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OUO NÃO. ASSISTENCIA TECNICA GARANTIA DE 1 ANO.</p> <p>CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE</p>	UN	50



# Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

## Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA	000025
PROC	26237/2024
RUBRICA	e

TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.

12	027.00100.0008-01	<p><b>NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO</b></p> <p>PANORÂMICO COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10 MM. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LED 3. SISTEMA DE ACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO. PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO). VISOR DEVE POSSUIR A SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA E RESISTENTE A PRESSÃO PARA FACILITAR A TRAÇAGEM. SEM RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO PARA O USUÁRIO. LEVE, PRÁTICO E DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO. POSSUI ALTA LUMINOSIDADE SEM ÁREA DE SOMBRA. RESISTENTE A IMPACTO E NÃO ENFERRUJA. ÁREA VISÍVEL MÍNIMA: 254 X 144 MM (C X A). DIMENSÃO DO PRODUTO MÁXIMAS: 290 X 180 X 7 MM (C X A X L). ALIMENTAÇÃO: 127/220 VAC (BIVOLT AUTOMÁTICO). ILUMINÂNCIA MÍNIMA: DE ATÉ 6000LUX. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ.</p> <p>• GARANTIA DE 01 ANO.</p> <p>CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.</p>	UN	03
13	027.00428.0003-01	<p><b>DESTILADORA – ATÉ 3,5 LITROS</b></p> <p>TEMPO PARA DESTILAR 150 ML DE ÁGUA: 19 MINUTOS; TEMPO PARA DESTILAR 300 ML DE ÁGUA: 37 MINUTOS; NÃO NECESSITA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; ÁGUA DISPONÍVEL A QUALQUER MOMENTO NO CONSULTÓRIO. DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS. PRÁTICO E ECONÔMICO. CAPACIDADE PARA DESTILAR ATÉ 3,8 LITROS. A LIMPEZA DA RESISTÊNCIA PODE SER REALIZADA COM ÁGUA E VINAGRE. 127V ASSISTÊNCIA TÉCNICA. GARANTIA DE 01 ANO. CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.</p>	UN	15
14	027.00441.0006-01	<p><b>FOTOPOLIMERIZADOR.</b></p> <p>SEM FIO, DE ALTA INTENSIDADE, LEVE, PROFUNDIDADE DE CURA DE 6MM, SEM RÚIDO DE VENTILAÇÃO, SEM FIO, RADIÔMETRO ACOPLADO, BATERIA REMOVÍVEL, MODO RAMP: DURANTES OS PRIMEIROS 5 SEGUNDOS A POTÊNCIA DA LUZ EMITIDA É GRADUALMENTE AUMENTADA, SUPERFÍCIE LISA PARA FÁCIL HIGIENIZAÇÃO INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 440 NM – 480 NM. INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 460 NM. RAMP PARA INTENSIDADE TOTAL: 5 SEGUNDOS. INTENSIDADE DA LUZ: 1250 MW/CM<sup>2</sup> (PICO). TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 2 HORAS COM BAIXO CICLO DE RECARGAS. BATERIA: 2 X 4,2V LÍCIO – 1200 MAH RECARREGÁVEL. BATERIA DE FÁCIL REMOÇÃO VOLTAGEM DE ENTRADA: BIVOLT VOLTAGEM DE SAÍDA: 12V DC. TEMPO PARA RECARGA A BATERIA: ATÉ 120 MINUTOS. GARANTIA DE 1 ANO REGISTRADO NA ANVISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.</p>	UN	20
15	027.00444.0003-01	<p><b>SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GUILHOTINA</b></p> <p>PARA SELAR EMBALAGENS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESPECÍFICAS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. SISTEMA DE SELAGEM COM MÍNIMO DE 10</p>	UN	10



# Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

## Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA	000026
PROC	26237/2024
RUBRICA	8

		<p>MILÍMETROS DE ESPESSURA E COMPRIMENTO DE SOLDA DE 30CM COM GUILHOTINA DE CORTE ACOPLADA. SISTEMA ELÉTRICO BIVOLT. CARENAGEM CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ABS, RESISTENTES À IMPACTOS E A TEMPERATURA. TEMPERATURA DE SOLDA - 160°C A 200°C. TEMPO DE AQUECIMENTO - 4 A 7 MINUTOS; FREQUÊNCIA - 50 / 60 HERTZ POTÊNCIA - 80 WATTS DIMENSÕES (MM) APROXIMADAS - 80A X 470C X 94L; PESO APROXIMADO - 1 KG; CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 127V. GARANTIA DE 01 ANO</p>		
16	027.00434.0007-01	<p><b>AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DETIREOIDE TAMANHO 0,60 X 0,76</b></p> <p>SÃO PROJETADOS PARA PROTEGER CONTRA RADIAÇÕES SECUNDÁRIAS E NÃO CONTRA O FEIXE PRIMÁRIO DA RADIAÇÃO. FABRICADOS EMBORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,25MM PB. REVESTIMENTO EM TECIDO BAGUN LAVÁVEL, PARA FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA, COM OPÇÃO DE CORES VARIADAS DE ACORDO COM OS PADRÕES OU NECESSIDADE DO CLIENTE. ACABAMENTO EM VIES E FECHAMENTO COM CINTO OU VELKRON PARA FÁCIL REGULAGEM. CORES ZUL CLARO, AZUL MARINHO, VERDE CLARO E CINZA. REGISTRO ANVISA GARANTIA 1 ANO. CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.</p>	UN	05
17	027.00036.0010-01	<p><b>MESA AUXILIAR COM RODÍZIOS</b></p> <p>COMPOSTO POR 02 GAVETAS DE 06CM E 02 GAVETAS DE 12CM, AMBAS COM BOJOS EM ABS CANTOS ARREDONDADOS E PRATELEIRA SOBRE A BASE. MEDIDAS EXTERNAS – LARGURA: 50 CM X ALTURA TAMPO: 80 CM X PROFUNDIDADE: 50 CM. 4 RODÍZIOS. MATERIA PRIMA : ESTRUTURA EM MDF COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO PUXADORES : MODELO ALPHA – PONTEIRAS CROMADAS E PINTURA EPÓXI GAVETAS: GAVETAS PLÁSTICAS EM POLIESTIRENO MOLDADAS EM VACUM-FORMING SEM CANTOS VIVOS (PADRÃO) FRENTES: FRENTES RETAS EM MDF MELAMÍNICO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE TAMPOS E FRONTÕES: MDF REVESTIDO EM FÓRMICA TEXTURIZADA CORREIÇAS TELESCÓPICAS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX RODÍZIOS: EM NYLON RÍGIDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA 1 ANO CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.</p>	UN	20
18	027.00343.0003-01	<p><b>PEÇA RETA</b></p> <p>PARA SER USADA COM MICRO MOTOR DE ENCAIXE BORDEN (2 FUROS); SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO POR CONDUÇÃO INTERNA; SISTEMA DE ENCAIXE DA PEÇA RETA UNIVERSAL INTRA;; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C; ACOPLAMENTO BORDEN; MÍNIMO DE 5.000 RPM - MÁXIMO DE 20.000 RPM. SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BROCA DE GIRO DE ANEL. REFRIGERAÇÃO EXTERNA. TRANSMISSÃO 1:1. GARANTIA: 1 ANO. CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE</p>	UN	02



# Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

## Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA	000027
PROC	26237/2024
RUBRICA	eb

TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.

### BANDEJA DE COLUNA FIXA

AJUSTE FÁCIL EM VÁRIAS POSIÇÕES, NÃO PERMITINDO MOVIMENTOS GIRATÓRIOS, POIS ESTÁ FIXA NA COLUNA.  
AGILIZA O ACESSO A ITENS AUXILIARES E SUPORTA 11KG.  
ÁREA ÚTIL 30 X 24 CM E NÃO DANIFICA A PINTURA DA COLUNA.  
BORDAS SALIENTES PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS.  
PARA COLUNAS COM DIÂMETROS.  
Ø 1 ½" = 38,10 MM.  
Ø 2" = 50,80 MM.  
DIMENSÃO: 300MM X 240MM.  
CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTES ITENS DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.

19

027.00295.0003-01

UN

20

### KIT SUCTOR PARA BOMBA DE VÁCUO

#### EMBALAGEM COM 1 SUCTOR + 1 PONTEIRA DE 6MM + FILTRO

1 SUCTOR DE Ø6MM (SALIVA), COM FILTRO.  
PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA.  
FILTRO DE RESÍDUOS DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA. SUCTOR COM REGULADOR DE SUCCÇÃO.  
EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PONTEIRAS CROMADAS REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS.  
CORPO LISO ISENTO DE REGISTROS LATERAIS.  
PONTEIRAS CROMADAS QUE PODEM SER ADQUIRIDAS SEPARADAMENTE COMO RESERVA DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO.  
PESO LÍQUIDO: 1,2KG.  
PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 1,7KG.  
COMPRIMENTO MANGUEIRA DO REGISTRO SUCTOR SALIVA: 1,6M.  
COMPRIMENTO MANGUEIRA CORRUGADA: 3M.

ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA 1 ANO

CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTES ITENS DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.

20

027.00333.0003-01

UN

05

### AUTOCLAVE ODNTOLOGICA 21L

DESENVOLVIDA PARA A ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES EMBALADOS E DESEMBALADOS UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO; EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE RASTREABILIDADE QUE CUMPRE A NORMA NBR ISO 13485. DIGITAL, FÁCIL MANUSEIO. DESIGN MODERNO. BIVOLT AUTOMÁTICO - 127/220V QUE PERMITE SER UTILIZADO EM REDES ELÉTRICAS COM VARIAÇÕES ENTRE 95 ATÉ 254V. PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO. TEMPERATURA E PRESSÃO EXIBIDOS POR LEDS. DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. ISOLAMENTO TERMICO INTERNO COM LÃ DE VIDRO.

CAPACIDADE 21 LITROS. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. ACOMPANHA 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA. COM SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS: CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA. CICLO DE ESTERILIZAÇÃO COMPROVADO POR TESTES QUIMICO E BIOLOGICO. 2 ANOS DE GARANTIA. REGISTRADO NA ANVISA

CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTES ITENS DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.

21

027.00430.0012-01

UN

20





# Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

## Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA	000028
PROC	26237/2024
RUBRICA	<i>e</i>

### LASER PARA FOTOBIMODULAÇÃO

EQUIPAMENTO ERGONÓMICO DE FÁCIL ACIONAMENTO E OPERAÇÃO; FIBRAS ÓTICAS BLINDADAS NO TUBO DE APLICAÇÃO; DOSIMETRIA EM JOULES (1,2,3,4,6 E 9J); OPÇÃO DE BLOQUEIO DE SEGURANÇA; PONTA DE APLICAÇÃO ALONGADA, POSSIBILITA DIVERSAS APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO DE ACESSO; PERMITE ACINAMENTO DOS DOIS TIPOS DE LASERES SIMULTANEAMENTE; SEM FIO; BASE COMPACTA; BIVOLT; BATERIA DE LI-ÍON; ACOMPANHA CASE PARA TRANSPORTE; LASER VERMELHO COM 660 NM ± 10 NM – SEMICONDUTOR INGAALP E LASER INFRAVERMELHO COM 808 NM ± 10 NM – SEMICONDUTOR ALGAAS POTÊNCIA UTIL DO EMISSOR 100 MW ± 20% DE POTÊNCIA. ACOMPANHA OCULOS DE PROTEÇÃO PARA PACIENTE E PROFISSIONAL. ASSISTENCIA TÉCNICA; GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO ANVISA  
CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.

22

027.00040.0014-01

UN

02

### CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTATIL

EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DE QUATRO PONTAS COMPATIVELIS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS FUNDAMENTAIS.  
GABINETE: EXTERNAMENTE REVESTIDO E FIBRA DE VIDRO, COM ESTRUTURA DE SUPORTE CONTRA CHOQUES, RODAS ESCAMOTEÁVEIS, ALCAS RETRATÁVEIS E GALVANIZADAS.  
DIMENSÃO APROXIMADA:  
MEDIDAS: 80 CM E ALTURA 30 CM DE LARGURA 45 CM DE PROFUNDIDADE  
PESO: 24,5 KILOS  
CONSULTORIO ODONTOLÓGICO PORTATIL  
REGISTRADO NA ANVISA ALTA POTENCIA POSSIBILITANDO PROCEDIMENTOS PROLONGADOS E UMA SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE PACIENTES SEGUIDOS. RESISTENTE AO TRANSPORTE. REFRIGERADO A AR, ISENTO DE OLEO GARANTINDO A NÃO CONTAMINAÇÃO DO AR. SILENCIOSO, CAPAZ DE CONCILIAR ALTA POTENCIA, RESISTENCIA, REFRIGERAÇÃO A AR E BAIXO RUIDO VIBRAÇÃO.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1 – HP  
6 A 8 BAR  
380.000 A 480.000 RPM  
58 DC DE RUIDO  
0,75 KW  
ISENTO DE OLEO  
127V  
EQUIPO DESTACAVEL  
01 – SERINGA TRIPLICE  
01- SUGADOR DE SALIVA  
01 – ENCAIXE BORDEN PARA CANET DE MICROMOTOR.  
02- ENCAIXES BORDEN PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO.  
01 – MANGUEIRA OARA EXPURGO.  
01 – RESERVATORIO DE AGUA  
01 – PEDAL DE ACIONAMENTO  
01 – COMPRESSOR  
MANGUEIRA NATURAL QUE INTERLIGA O AR DO COMPRESSOR AS CANETA, PROPORCIONANDO A LOCOMOÇÃO APENAS DO EUIPO DESTACAVEL.

23

027.00439.0003-01

UN

01



# Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

## Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA	000029
PROC	26237/2024
RUBRICA	

24	027.00034.0015-01	MOCHO PORTATIL COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS E DOBRAVEL.	UN	02
----	-------------------	--	----	----

### 09.2 – Relação dos itens de maior relevância, conforme tabela abaixo:

Item Geral	Código	Descrição	Unidade Comercial	Quantidade
02	027.00005.0024-01	<b>CANETA DE ALTA ROTAÇÃO</b>  DESENHO ERGONÔMICO, SUPERFÍCIES LISAS, ESTERILIZÁVEIS ATE 135°C (ATE 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO), TURBINA EXTRA TORQUE, SPRAY TRIPLO, ROLAMENTO DE CERAMICA PARA BAIXO NIVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, ACOPLAMENTO: BORDEN SISTEMA DE TROCA BROCA FRICTION GRIP (FG).  TORQUE: 0,18 NCM ROTAÇÃO MÁXIMA: 420.000 RPM GARANTIA DE 1 ANO REGISTRADO NA ANVISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.	UN	100
07	027.00008.0008-01	<b>CONTRA ÂNGULO</b>  CONTRA ÂNGULO COM GIRO LIVRE DE 360°, ACOPLAMENTO/ ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL, SPRAY EXTERNO E CABEÇA ANGULADA, ENCAIXE BORDEN, MÍNIMO DE 5.000 RPM E MÁXIMO DE 20.000 RPM, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, SISTEMA SACA BROCAS REGISTRADO NA ANVISA E CERTIFICADO NO INMETRO ASSISTÊNCIA TÉCNICA GARANTIA DE 1 ANO REGISTRADO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO	UN	60



# Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

## Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA	000030
PROJ	26237/2024
RUBRICA	<i>[assinatura]</i>

08	027.00186.0004-01	<p><b>MICROMOTOR.</b></p> <p>SPRAY EXTERNO, CORPO DO MICROMOTOR COM LINHAS ARREDONDAS, EM ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO, AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C. PRESSÃO DE TRABALHO: MÁXIMA 275,79 KPA = 40 PSI = 2,75 BAR, CONSUMO DE AR: 54 L/MIN, ROTAÇÃO: DE 5.000 À 20.000 RPM.</p> <p>TERMINAL DE ENCAIXE: TIPO BORDEN (02 FUROS).</p> <p>ACOPLAMENTO: ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA PARA PEÇA RETA OU CONTRA ÂNGULO.</p> <p>SPRAY EXTERNO</p> <p>PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA, EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO, REGULAGEM DE ROTAÇÃO/INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR, PRESSÃO DE AR DE TRABALHO DE ATÉ 40 LIBRAS/POLEGADAS (PSI), ALTO TORQUE.</p> <p>BAIXO RUÍDO DE TRABALHO, TRATAMENTO ELETROQUÍMICO DA ROSCA PARA UMA MAIOR DURABILIDADE.</p> <p>ACOMPANHA ADAPTADOR PARA LUBRIFICAÇÃO.</p> <p>ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REGISTRADO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO.</p> <p>GARANTIA DE 1 ANO</p> <p>CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTES ITENS DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.</p>	UN	60
09	027.00006.0022-01	<p><b>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO.</b></p> <p>COMPRESSOR PARA USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; TIPO PISTÃO; 01 ESTÁGIO; SEM ÓLEO; COM REGULADOR DE PRESSÃO; CAPACIDADE EFETIVA COM DESLOCAMENTO DE NO MÍNIMO 300 LITROS/MIN; MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 01HP; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS; NO MÍNIMO 1700 DE RPM; MOTOR MONOFÁSICO; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 110 V, FREQUÊNCIA 60 HZ.</p> <p>SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICA, QUANTO AQUECIMENTOS E FLUTUAÇÕES DA REDE; EQUIPADO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA; DRENAGEM SEMIAUTOMÁTICA NO COMPRESSOR OU NA TUBULAÇÃO DE SAÍDA; ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO MANGUEIRAS, TERMINAIS E ETC.; SISTEMA COM PRESSOSTATO GARANTINDO UMA PRESSÃO DE 80LBS A 120LBS PARA A VAZÃO MÁXIMA.</p> <p>ASSISTÊNCIA TÉCNICA</p> <p>GARANTIA DE 1 ANO</p>	UN	05
14	027.00441.0006-01	<p><b>FOTOPOLIMERIZADOR.</b></p> <p>SEM FIO, DE ALTA INTENSIDADE, LEVE, PROFUNDIDADE DE CURA DE 6MM, SEM RUÍDO DE VENTILAÇÃO, SEM FIO, RADIÔMETRO ACOPLADO, BATERIA REMOVÍVEL, MODO RAMP: DURANTES OS PRIMEIROS 5 SEGUNDOS A POTÊNCIA DA LUZ EMITIDA É GRADUALMENTE AUMENTADA, SUPERFÍCIE LISA PARA FÁCIL HIGIENIZAÇÃO</p> <p>INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 440 NM – 480 NM.</p> <p>INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 460 NM.</p> <p>RAMP PARA INTENSIDADE TOTAL: 5 SEGUNDOS.</p> <p>INTENSIDADE DA LUZ: 1250 MW/CM2 (PICO).</p> <p>TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 2 HORAS COM BAIXO CICLO DE RECARGAS. BATERIA: 2 X 4,2V LÍCIO – 1200 MAH RECARREGÁVEL. BATERIA DE FÁCIL REMOÇÃO</p> <p>VOLTAGEM DE ENTRADA: BIVOLT</p> <p>VOLTAGEM DE SAÍDA: 12V DC.</p> <p>TEMPO PARA RECARGA A BATERIA: ATÉ 120 MINUTOS.</p> <p>GARANTIA DE 1 ANO</p> <p>REGISTRADO NA ANVISA</p> <p>ASSISTÊNCIA TÉCNICA.</p> <p>CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTES ITENS DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.</p>	UN	20



# Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

## Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA	000031
DATA	26/27/2024
RUBRICA	

### AUTOCLAVE ODNTOLOGICA 21L

DESENVOLVIDA PARA A ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES EMBALADOS E DESEMBALADOS UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO; EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE RASTREABILIDADE QUE CUMPRE A NORMA NBR ISO 13485. DIGITAL, FÁCIL MANUSEIO. DESIGN MODERNO. BIVOLT AUTOMÁTICO - 127/220V QUE PERMITE SER UTILIZADO EM REDES ELÉTRICAS COM VARIAÇÕES ENTRE 95 ATÉ 254V. PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO. TEMPERATURA E PRESSÃO EXIBIDOS POR LEDS. DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. ISOLAMENTO TERMICO INTERNO COM LÃ DE VIDRO.

CAPACIDADE 21 LITROS. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. ACOMPANHA 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA. COM SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS: CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA. CICLO DE ESTERILIZAÇÃO COMPROVADO POR TESTES QUIMICO E BIOLOGICO. 2 ANOS DE GARANTIA. REGISTRADO NA ANVISA

CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.

21

027.00430.0012-01

UN

20

### 10. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

O Município de Taboão da Serra consiste na realização de processo licitatório, modalidade Pregão - ata de registro de preços, pois assim a Administração realizará a aquisição de acordo com a necessidade apresentada.

#### Solução 1

Aquisição através do sistema de registro de preços:

Esta solução evita que os itens licitados fiquem em estoque e percam sua validade, evitando prejuízos financeiros e ambientais, sendo sua aquisição é proporcional à demanda.

#### Solução 2

Aquisição através de compra única:

Esta solução necessita que a administração disponha do recurso total do processo, um espaço físico para o correto armazenamento para o estoque dos itens licitados, correndo o risco dos itens não utilizados perderem sua validade, decorrente do consumo variável, acarretando em prejuízo financeiro e ambiental.

A opção do Sistema de Registro de Preço originário de Pregão Eletrônico, é a mais viável, pois possui características vantajosas para a administração pública, por exemplo, o fato da existência de facultativo na contratação dos produtos e serviços do objeto licitado, sendo assim, a Administração tem a discricionariedade de agir conforme suas necessidades, podendo flexibilizar suas despesas, com a devida adequação aos recursos disponíveis. Nesse sentido, justifica-se ainda a motivação para utilização do Sistema de Registro de Preços em razão da demanda ser eventual e futura, sendo utilizado o registro de acordo com a necessidade dos produtos demandados. Outro ponto que merece destaque é o emprego de recursos financeiros somente para o atendimento imediato da demanda.

### 11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:



# Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

## Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA	000032
PROC	26237/2024
RUBRICA	

Item Geral	Código	Descrição	Unidade Comercial	Quantidade	Media Valor Unitário	Média Valor Tot
01	027.00037.0010-01	<p><b>CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COM KART NÃO ACOPLADO</b></p> <p>COM BRAÇO ARTICULÁVEL DE APOIO PARA PACIENTE, REBATÍVEL EM 90º; COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL E PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA A CADEIRA PARA OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO DO CONSULTÓRIO COM CARENAGEM EM ABS</p> <p>BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE QUE DISPENSA DE FIXAÇÃO NO PISO, REVESTIDA EM ABS</p> <p>PEDAL INDEPENDENTE MULTIFUNCIONAL: 4 POSIÇÕES DE TRABALHO, VOLTA A ZERO E POSIÇÃO CUSPIR.</p> <p>FUNÇÃO BLOQUEIO DOS MOVIMENTOS,</p> <p>ALTURA MÍNIMA DE 45 CM E ALTURA MÁXIMA DE 90 CM DO ASSENTO AO CHÃO. CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200KG.</p> <p>ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BI ARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA. ENCOSTO COM POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO A -5º (POSIÇÃO QUE PERMITE A RECUPERAÇÃO DE PACIENTES EM LIPOTIMIA).</p> <p>SISTEMA DE ELEVAÇÃO: ELETROMECAÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS.</p> <p>SISTEMA ELETRÔNICO: INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS.</p> <p>TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127V~ 50/60HZ.</p> <p>POSIÇÃO CUSPIR E RETORNO À ÚLTIMA POSIÇÃO.</p> <p>ACIONAMENTO E AJUSTE DA INTENSIDADE DA LUZ DO REFLETOR.</p> <p>VOLTA À ZERO AUTOMÁTICA.</p> <p>SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO.</p> <p>BLOQUEIO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA COM ALERTA DE LUZ DE EMERGÊNCIA.</p> <p>COMANDOS DO PEDAL PODEM SER FACILMENTE REVERTIDOS.</p> <p>KART:</p> <p>EQUIPO KART COM QUATRO RODÍZIOS COMPOSTO POR 04 TERMINAIS SENDO: 1 SERINGA TRÍPLICE CONVENCIONAL, 2 TERMINAIS PARA ALTA ROTAÇÃO BORDEN COM REFRIGERAÇÃO POR SPRAY; SISTEMA ANTIRREFLUXO, VÁLVULA ANTIRRETRAÇÃO, FILTRO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA; FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS TERMINAIS DE ALTA ROTAÇÃO POR TANQUE PRESSURIZADO ACOPLADO. BANDEJA ÚNICA EM INOX PARA APOIO DOS MATERIAIS DE TRABALHO.</p> <p>REFLETOR: A LE, DE INTENSIDADE REGULÁVEL DE 8.000 A 30.000 LUX CONTROLE DE INTENSIDADE E ON/OFF NO PEDAL PUXADOR BILATERAL</p> <p>ESPELHO MULTIFACETADO COM PROTEÇÃO FRONTAL TRANSPARENTE DE POLICARBONATO E BRAÇO BALANCEADO COM MOLA.</p> <p>UNIDADE AUXILIAR REBATÍVEL EM 90º COM 2 SUGADORES VENTURI COM Ø6,5MM E Ø9,5MM PARA CÂNULA DESCARTÁVEL COM SEPARADOR DE DETRITOS NAS MANGUEIRAS</p> <p>CUBA BRANCA EM POLÍMERO REMOVÍVEL</p> <p>ACIONAMENTO DA ÁGUA DA CUBA NO PEDAL COM TIMER,, MANGUEIRAS EMBUTIDAS</p> <p>DEVERA ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO:</p> <p>-01 CANETA DE ALTA ROTACAO, DESENHO ERGONÔMICO,</p>	UN	10	RS 24.991,00	RS 249.910,00



# Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

## Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA	000033
PROC	26237/2024
RUBRICA	e

		<p>TRIPLO SPRAY, SUPERFÍCIE LISA, ESTERILIZÁVEIS ATÉ 135°C (ATÉ 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO), TURBINA EXTRA TORQUE, SPRAY TRIPLO, ROLAMENTO DE CERÂMICA PARA BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, ACOPLAMENTO: BORDEN</p> <p>SISTEMA DE TROCA-BROCA: FRICTION-GRIP (FG).</p> <p>TORQUE: 0,18 NCM.</p> <p>ROTAÇÃO MÁXIMA: 420.000 RPM COM GARANTIA DE 1 ANO, REGISTRADA NA ANVISA E CERTIFICADA PELO INMETRO.</p> <p>-1 CONTRA ANGULO INTRA COM IRRIGACAO EXTERNA</p> <p>-1 MICROMOTOR ENCAIXE BORDEN, SISTEMA DE ENGATE INTRA E IRRIGACAO EXTERNA.</p> <p>ENTREGA E INSTALAÇÃO POR CONTA DO VENCEDOR.</p> <p>GARANTIA DE 1 ANO.</p>				
02	027.00005.0024-01	<p><b>CANETA DE ALTA ROTAÇÃO</b></p> <p>DESENHO ERGONÔMICO, SUPERFÍCIES LISAS, ESTERILIZÁVEIS ATÉ 135°C (ATE 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO), TURBINA EXTRA TORQUE, SPRAY TRIPLO, ROLAMENTO DE CERAMICA PARA BAIXO NIVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, ACOPLAMENTO: BORDEN SISTEMA DE TROCA BROCA FRICTION GRIP (FG).</p> <p>TORQUE: 0,18 NCM</p> <p>ROTAÇÃO MÁXIMA: 420.000 RPM</p> <p>GARANTIA DE 1 ANO</p> <p>REGISTRADO NA ANVISA</p> <p>ASSISTÊNCIA TÉCNICA</p> <p>CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.</p>	UN	100	RS 917,01	RS 91.700,67
03	027.00204.0020-01	<p><b>BOMBA DE VÁCUO</b></p> <p><b>UNIDADE PARA 1 CONSULTÓRIO. BIVOLT.</b></p> <p>GABINETE EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO.</p> <p>SILENCIOSA</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS: C27,5CMXL 27CMX H 35CM.</p> <p>SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO.</p> <p>PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA NO FILTRO COLETOR.</p> <p>TURBINA COM DIMENSIONAMENTO PARA ALTO RENDIMENTO.</p> <p>TEMPORIZADOR DE VARREDURA - SISTEMA QUE AO COLOCAR O SUCTOR NO SUPORTE DA UNIDADE AUXILIAR, A SUCCÃO PERMANECE POR APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS A FIM DE LIMPAR TODA A TUBULAÇÃO INTERNA.</p> <p>TURBINA EM LIGA DE BRONZE.</p> <p>FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUCCÃO COM ABERTURA SUPERIOR, EVITANDO O CONTATO COM OS RESÍDUOS E DE FÁCIL LIMPEZA.</p> <p>FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA.</p> <p>PROTETOR TÉRMICO INTERMITENTE E CIRCUITO ELETRÔNICO PROTETOR DE QUEDAS DE TENSÃO NA REDE EXTERNA.</p> <p>MOTOR COM EIXO CENTRAL EM INOX.</p> <p>GARANTIA TURBINA DE BRONZE: 10 ANOS.</p> <p>VÁCUO MÁXIMO: 330MMHG/12,92INHG</p> <p>MOTOR:1/3HP</p> <p>ROTAÇÕES DO MOTOR:1755- 60HZ</p> <p>BIVOLT</p> <p>FREQUENCIA: 60HZ</p> <p>TENSÃO NA PLACA DE COMANDO: 24V</p>	UN	01	RS 6.222,33	RS 6.222,33



# Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

## Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA	000034
RUBRICA	26237/2024

		VAZÃO DE AR MÁX.: 150L/MIN CONSUMO DE ÁGUA: 0,30L/MIN  ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA 1 ANO.				
04	027.00448.0016-01	<b>ULTRASSOM ODONTOLÓGICO PORTÁTIL</b>  TRANSDUTOR ULTRASSOM: SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 32.000 HZ, BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL TRANSLÚCIDO COM ILUMINAÇÃO A LED, EQUIPAMENTO LISO, COM CANTOS ARREDONDADOS, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT COM FUSÍVEL; VOLUME DO RESERVATÓRIO DA BOMBA PERISTÁLTICA: 500ML FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 32.000 HZ ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 127V / 220V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ FUSÍVEL: 1A 127V / 220V POTÊNCIA: 60 VA CONSUMO: 0,45A INCLUI 03 INSERTOS PARA USO CLÍNICO.  GARANTIA DE 1 ANO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	UN	20	RS 4.386,33	RS 87.726,67
05	027.00454.0004-01	<b>RAIO-X ODONTOLÓGICO (PORTÁTIL)</b>  MODELO DE COLUNA MÓVEL, PORTÁTIL, COM QUATRO RODÍZIOS. COM SISTEMA DE PRAAQUECIMENTO DO TUBO, CONTROLE DIGITAL COM CABO REMOVÍVEL: FUNÇÕES COMANDADAS PELO CONTROLE DIGITAL QUE POSSUI FIXAÇÃO MAGNÉTICA E É CONECTADO COM CABO ESPIRALADO DE APROXIMADAMENTE DE 5 METROS, TEMPOS PRÉ-PROGRAMADOS (20 TEMPOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA APLICAÇÕES DISTINTAS, CONFORME O TIPO DE PACIENTE, RECEPTOR RADIOGRÁFICO OU POSIÇÃO DO DENTE), SELEÇÕES E AJUSTES DE TEMPO DIGITAL E ANALÓGICO INTERVALOS DE TEMPO: 20 INTERVALOS DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO PADRONIZADOS - PERMITIR OPERAÇÕES COM TOMADAS CENTESIMAIS A PARTIR DE 0.06 SEGUNDOS. BIVOLT TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 60MS A 3,2S. POTÊNCIA DE ENTRADA: 1200VA. FREQUÊNCIA DA REDE: 50/60HZ. TENSÃO DO TUBO:70KVP. CORRENTE DO TUBO: 7MA. GARANTIA: 01 ANO EM TODOS OS ITENS ASSISTÊNCIA TÉCNICA; REGISTRADO NA ANVISA.	UN	03	RS 11.526,33	RS 34.579,00
06	027.00151.0014-01	<b>CÂMARA ESCURA PARA RX ODONTOLÓGICO</b>  ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS, TORNANDO FÁCIL O ACESSO ÀS CUBAS, EVITANDO O MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR, CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO E POSSUIR CARACTERÍSTICAS ATOXICAS, BOA RIGIDEZ, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS (ÁCIDOS, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS E DETERGENTES), FÁCIL REMOÇÃO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA. SEM BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO, BASE REMOVÍVEL (PARA COLETA DE RESÍDUOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO), POSSUI ALOJAMENTO PARA OS RECIPIENTES QUE CONTÉM LÍQUIDO EVITANDO QUE OS MESMOS FIQUEM SOLTOS, VISOR ACRÍLICO	UN	05	RS 355,15	RS 1.775,73



# Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

## Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA	000035
PROG	26237/2024
RUBRICA	g

		DESTACÁVEL, TRANSPARENTE E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ. GARANTIA DE 01 ANO ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
07	027.00008.0008-01	<b>CONTRA ÂNGULO</b>  CONTRA ÂNGULO COM GIRO LIVRE DE 360º, ACOPLAMENTO/ ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL, SPRAY EXTERNO E CABEÇA ANGULADA, ENCAIXE BORDEN, MÍNIMO DE 5.000 RPM E MÁXIMO DE 20.000 RPM, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, SISTEMA SACA BROCAS REGISTRADO NA ANVISA E CERTIFICADO NO INMETRO ASSISTÊNCIA TÉCNICA GARANTIA DE 1 ANO REGISTRADO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.	UN	60	RS 846,63	RS 50.798,00
08	027.00186.0004-01	<b>MICROMOTOR.</b>  SPRAY EXTERNO, CORPO DO MICROMOTOR COM LINHAS ARREDONDAS, EM ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO, AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C.PRESSÃO DE TRABALHO: MÁXIMA 275,79 KPA = 40 PSI = 2,75 BAR, CONSUMO DE AR: 54 L/MIN, ROTAÇÃO: DE 5.000 À 20.000 RPM. TERMINAL DE ENCAIXE: TIPO BORDEN (02 FUROS). ACOPLAMENTO: ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA PARA PEÇA RETA OU CONTRA ÂNGULO. SPRAY EXTERNO PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA, EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO, REGULAGEM DE ROTAÇÃO/INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR, PRESSÃO DE AR DE TRABALHO DE ATÉ 40 LIBRAS/POLEGADAS (PSI), ALTO TORQUE. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO, TRATAMENTO ELETROQUÍMICO DA ROSCA PARA UMA MAIOR DURABILIDADE. ACOMPANHA ADAPTADOR PARA LUBRIFICAÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REGISTRADO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. GARANTIA DE 1 ANO CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.	UN	60	RS 857,07	RS 51.424,00
09	027.00006.0022-01	<b>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO.</b>  COMPRESSOR PARA USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; TIPO PISTÃO; 01 ESTÁGIO; SEM ÓLEO; COM REGULADOR DE PRESSÃO; CAPACIDADE EFETIVA COM DESLOCAMENTO DE NO MÍNIMO 300 LITROS/MIN; MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 01HP; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS; NO MÍNIMO 1700 DE RPM; MOTOR MONOFÁSICO; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 110 V, FREQUÊNCIA 60 HZ. SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICA, QUANTO AQUECIMENTOS E FLUTUAÇÕES DA REDE; EQUIPADO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA; DRENAGEM SEMIAUTOMÁTICA NO COMPRESSOR OU NA TUBULAÇÃO DE SAÍDA; ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO MANGUEIRAS, TERMINAIS E ETC.; SISTEMA COM	UN	05	RS 5.538,63	RS 27.693,17





# Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

## Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA	000036
PROC	26.237/2024
RUBRICA	je

		PRESSOSTATO GARANTINDO UMA PRESSÃO DE 80LBS A 120LBS PARA A VAZÃO MÁXIMA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA GARANTIA DE 1 ANO				
10	027.00450.0003-01	<b>LOCALIZADOR APICAL ROTATÓRIO C/ MOTOR P/ ENDDONTIA</b>  FUNÇÃO RECÍPROCANTE; LOCALIZADOR APICAL INTEGRADO; TELA: SISTEMA TOUCH SCREEN 4 MODOS DE TRABALHO 1 - MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO DO CANAL RAIZ 2 - AMOLIAÇÃO DO CANAL RADICULAR 3 - MOVIMENTO RECÍPROCANTE E ROTATIVO 4 - MEDIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CANAL RADICULAR EM CONJUNTO. E SEIS FUNÇÕES MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO POR MULTI FREQUÊNCIA; AMPLIAÇÃO NORMAL; INVERSÃO AUTOMÁTICA NA ZONA APICAL; MOVIMENTO ALTERNATIVO; DESACELERAÇÃO AUTOMÁTICA NA ZONA APICAL; INÍCIO E FIM DA OPERAÇÃO: MOTOR PARA AUTOMATICAMENTE. VOLTAGEM - BIVOLT ITENS INCLUSOS: 1 UNIDADE PRINCIPAL, 1 CONTRA ÂNGULO 16:1, 1 MOTOR DE MÃO, 1 FONTE, 1 LOCALIZADOR APICAL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA GARANTIA 01 ANO	UN	03	RS 5.528,53	RS 16.585,60
11	027.00034.0012-01	<b>MOCHO ODONTOLÓGICO</b>  MOCHO ODONTOLÓGICO COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO A GÁS, ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL, COM FÁCIL REGULAGEM DA INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO POR ALAVANCAS INDEPENDENTES, PARA PERFEITO AJUSTE ANATÔMICO. BASE COM 5 RODÍZIOS RESISTENTE, EXCELENTE ESTABILIDADE E MOBILIDADE, QUE SUPORTE ATÉ 250KG E COM PROTEÇÃO DO ENCOSTO REFORÇADA. ACOMPANHA SACA BROCAS CONDIÇÕES : O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATALOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA A APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APOS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO. ASSISTENCIA TECNICA GARANTIA DE 1 ANO. CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.	UN	50	RS 857,07	RS 42.853,33
12	027.00100.0008-01	<b>NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO</b>  PANORÂMICO COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10 MM. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LED 3. SISTEMA DE ACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO. PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO). VISOR DEVESSUIR A SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA E RESISTENTE A PRESSÃO PARA FACILITAR A TRAÇAGEM. SEM RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO PARA O USUÁRIO. LEVE, PRÁTICO E DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO. POSSUI ALTA LUMINOSIDADE SEM ÁREA DE SOMBRA. RESISTENTE A IMPACTO E NÃO ENFERRUJA. ÁREA VISÍVEL MÍNIMA: 254 X 144 MM (C X A). DIMENSÃO DO PRODUTO MÁXIMAS: 290 X 180 X 7 MM (C X A X L). ALIMENTAÇÃO: 127/220 VAC (BIVOLT AUTOMÁTICO). ILUMINÂNCIA MÍNIMA: DE ATÉ 6000LUX.	UN	03	RS 648,02	RS 1.944,05



# Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

## Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE SÃO PAULO

FOINHA	000037
PROC	26237/2024
RUBRICA	ec

		FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. • GARANTIA DE 01 ANO.  CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.				
13	027.00428.0003-01	<b>DESTILADORA – ATÉ 3,5 LITROS</b>  TEMPO PARA DESTILAR 150 ML DE ÁGUA: 19 MINUTOS; TEMPO PARA DESTILAR 300 ML DE ÁGUA: 37 MINUTOS; NÃO NECESSITA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; ÁGUA DISPONÍVEL A QUALQUER MOMENTO NO CONSULTÓRIO. DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS. PRÁTICO E ECONÔMICO. CAPACIDADE PARA DESTILAR ATÉ 3,8 LITROS. A LIMPEZA DA RESISTÊNCIA PODE SER REALIZADA COM ÁGUA E VINAGRE. 127V ASSISTÊNCIA TÉCNICA. GARANTIA DE 01 ANO. CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.	UN	15	RS 1.417,90	RS 21.268,50
14	027.00441.0006-01	<b>FOTOPOLIMERIZADOR.</b>  SEM FIO, DE ALTA INTENSIDADE, LEVE, PROFUNDIDADE DE CURA DE 6MM, SEM RUÍDO DE VENTILAÇÃO, SEM FIO, RADIÔMETRO ACOPLADO, BATERIA REMOVÍVEL, MODO RAMP: DURANTES OS PRIMEIROS 5 SEGUNDOS A POTÊNCIA DA LUZ EMITIDA É GRADUALMENTE AUMENTADA, SUPERFÍCIE LISA PARA FÁCIL HIGIENIZAÇÃO INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 440 NM – 480 NM. INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 460 NM. RAMP PARA INTENSIDADE TOTAL: 5 SEGUNDOS. INTENSIDADE DA LUZ: 1250 MW/CM2 (PICO). TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 2 HORAS COM BAIXO CICLO DE RECARGAS. BATERIA: 2 X 4,2V LÍCIO – 1200 MAH RECARREGÁVEL. BATERIA DE FÁCIL REMOÇÃO VOLTAGEM DE ENTRADA: BIVOLT VOLTAGEM DE SAÍDA: 12V DC. TEMPO PARA RECARGA A BATERIA: ATÉ 120 MINUTOS. GARANTIA DE 1 ANO REGISTRADO NA ANVISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.	UN	20	RS 1.735,00	RS 34.700,00
15	027.00444.0003-01	<b>SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GUILHOTINA</b>  PARA SELAR EMBALAGENS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESPECÍFICAS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. SISTEMA DE SELAGEM COM MÍNIMO DE 10 MILÍMETROS DE ESPESSURA E COMPRIMENTO DE SOLDA DE 30CM COM GUILHOTINA DE CORTE ACOPLADA. SISTEMA ELÉTRICO BIVOLT. CARENAGEM CONFECCIONADA EM	UN	10	RS 1.049,00	RS 10.490,00



# Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

## Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE SÃO PAULO

POLINA	000038
PROC	26.237/2024
RUBRICA	eb

		<p>PLÁSTICO ABS, RESISTENTES À IMPACTOS E A TEMPERATURA. TEMPERATURA DE SOLDA - 160°C A 200°C. TEMPO DE AQUECIMENTO - 4 A 7 MINUTOS; FREQUÊNCIA - 50 / 60 HERTZ POTÊNCIA - 80 WATTS DIMENSÕES (MM) APROXIMADAS - 80A X 470C X 94L; PESO APROXIMADO - 1 KG; CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 127V. GARANTIA DE 01 ANO</p>				
16	027.00434.0007-01	<p><b>AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DETIREOIDE TAMANHO 0,60 X 0,76</b></p> <p>SÃO PROJETADOS PARA PROTEGER CONTRA RADIAÇÕES SECUNDÁRIAS E NÃO CONTRA O FEIXE PRIMÁRIO DA RADIAÇÃO. FABRICADOS EMBORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,25MM PB. REVESTIMENTO EM TECIDO BAGUN LAVÁVEL, PARA FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA, COM OPÇÃO DE CORES VARIADAS DE ACORDO COM OS PADRÕES OU NECESSIDADE DO CLIENTE. ACABAMENTO EM VIES E FECHAMENTO COM CINTO OU VELKRON PARA FÁCIL REGULAGEM. CORES ZUL CLARO, AZUL MARINHO, VERDE CLARO E CINZA. REGISTRO ANVISA GARANTIA 1 ANO. CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.</p>	UN	05	RS 903,67	RS 4.518,33
17	027.00036.0010-01	<p><b>MESA AUXILIAR COM RODÍZIOS</b></p> <p>COMPOSTO POR 02 GAVETAS DE 06CM E 02 GAVETAS DE 12CM, AMBAS COM BOJOS EM ABS CANTOS ARREDONDADOS E PRATELEIRA SOBRE A BASE. MEDIDAS EXTERNAS – LARGURA: 50 CM X ALTURA TAMPO: 80 CM X PROFUNDIDADE: 50 CM. 4 RODÍZIOS.</p> <p>MATERIA PRIMA : ESTRUTURA EM MDF COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO PUXADORES : MODELO ALPHA – PONTEIRAS CROMADAS E PINTURA EPÓXI GAVETAS: GAVETAS PLÁSTICAS EM POLIESTIRENO MOLDADAS EM VACUM-FORMING SEM CANTOS VIVOS (PADRÃO) FRENTES: FRENTES RETAS EM MDF MELAMÍNICO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE TAMPÓS E FRONTÕES: MDF REVESTIDO EM FÓRMICA TEXTURIZADA CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX RODÍZIOS: EM NYLON RÍGIDO</p> <p>ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA 1 ANO</p> <p>CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.</p>	UN	20	RS 3.507,00	RS 70.140,00



# Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

## Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE SÃO PAULO

000039
PROC 26.237/2024
RUBRICA

18	027.00343.0003-01	<p><b>PEÇA RETA</b></p> <p>PARA SER USADA COM MICRO MOTOR DE ENCAIXE BORDEN (2 FUROS); SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO POR CONDUÇÃO INTERNA; SISTEMA DE ENCAIXE DA PEÇA RETA UNIVERSAL INTRA; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C; ACOPLAMENTO BORDEN; MÍNIMO DE 5.000 RPM - MÁXIMO DE 20.000 RPM. SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BROCA DE GIRO DE ANEL. REFRIGERAÇÃO EXTERNA. TRANSMISSÃO 1:1. GARANTIA: 1 ANO. CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.</p>	UN	02	RS 897,80	RS 1.795,60
19	027.00295.0003-01	<p><b>BANDEJA DE COLUNA FIXA</b></p> <p>AJUSTE FÁCIL EM VÁRIAS POSIÇÕES, NÃO PERMITINDO MOVIMENTOS GIRATÓRIOS, POIS ESTÁ FIXA NA COLUNA. AGILIZA O ACESSO A ITENS AUXILIARES E SUPORTA 11KG. ÁREA ÚTIL 30 X 24 CM E NÃO DANIFICA A PINTURA DA COLUNA. BORDAS SALIENTES PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS. PARA COLUNAS COM DIÂMETROS. Ø 1 ½" = 38,10 MM. Ø 2" = 50,80 MM. DIMENSÃO: 300MM X 240MM. CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.</p>	UN	20	RS 353,00	RS 6.673,33
20	027.00333.0003-01	<p><b>KIT SUCTOR PARA BOMBA DE VÁCUO</b></p> <p><b>EMBALAGEM COM 1 SUCTOR + 1 PONTEIRA DE 6MM + FILTRO</b></p> <p>1 SUCTOR DE Ø6MM (SALIVA), COM FILTRO. PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA. FILTRO DE RESÍDUOS DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA. SUCTOR COM REGULADOR DE SUCCÃO. EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PONTEIRAS CROMADAS REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. CORPO LISO ISENTO DE REGISTROS LATERAIS. PONTEIRAS CROMADAS QUE PODEM SER ADQUIRIDAS SEPARADAMENTE COMO RESERVA DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. PESO LÍQUIDO: 1,2KG. PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 1,7KG. COMPRIMENTO MANGUEIRA DO REGISTRO SUCTOR SALIVA: 1,6M. COMPRIMENTO MANGUEIRA CORRUGADA: 3M.</p> <p>ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA 1 ANO</p> <p>CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.</p>	UN	05	RS 994,75	RS 4.973,75



# Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

## Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE SÃO PAULO

EQUIVA	000040
PROC	26237/2024
RUBRICA	e

21	027.00430.0012-01	<p><b>AUTOCLAVE ODNTOLOGICA 21L</b></p> <p>DESENVOLVIDA PARA A ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES EMBALADOS E DESEMBALADOS UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO; EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE RASTREABILIDADE QUE CUMPRE A NORMA NBR ISO 13485. DIGITAL, FÁCIL MANUSEIO. DESIGN MODERNO. BIVOLT AUTOMÁTICO - 127/220V QUE PERMITE SER UTILIZADO EM REDES ELÉTRICAS COM VARIAÇÕES ENTRE 95 ATÉ 254V. PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO. TEMPERATURA E PRESSÃO EXIBIDOS POR LEDS. DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. ISOLAMENTO TERMICO INTERNO COM LÃ DE VIDRO.</p> <p>CAPACIDADE 21 LITROS. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. ACOMPANHA 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA. COM SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS: CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA. CICLO DE ESTERILIZAÇÃO COMPROVADO POR TESTES QUIMICO E BIOLOGICO. 2 ANOS DE GARANTIA. REGISTRADO NA ANVISA</p> <p>CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.</p>	UN	20	RS 7.167,33	RS 143.346,67
22	027.00040.0014-01	<p><b>LASER PARA FOTOBIMODULAÇÃO</b></p> <p>EQUIPAMENTO ERGONÔMICO DE FÁCIL ACIONAMENTO E OPERAÇÃO; FIBRAS ÓTICAS BLINDADAS NO TUBO DE APLICAÇÃO; DOSIMETRIA EM JOULES (1,2,3,4,6 E 9J); OPÇÃO DE BLOQUEIO DE SEGURANÇA; PONTA DE APLICAÇÃO ALONGADA, POSSIBILITA DIVERSAS APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO DE ACESSO; PERMITE ACINAMENTO DOS DOIS TIPOS DE LASERES SIMULTANEAMENTE; SEM FIO; BASE COMPACTA; BIVOLT;</p> <p>BATERIA DE LI-ÍON; ACOMPANHA CASE PARA TRANSPORTE; LASER VERMELHO COM 660 NM ± 10 NM – SEMICONDUTOR INGAALP E LASER INFRAVERMELHO COM 808 NM ± 10 NM – SEMICONDUTOR ALGAAS</p> <p>POTÊNCIA UTIL DO EMISSOR 100 MW ± 20% DE POTÊNCIA. ACOMPANHA OCULOS DE PROTEÇÃO PARA PACIENTE E PROFISSIONAL. ASSISTENCIA TECNICA; GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO ANVISA</p> <p>CONDIÇÕES: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO E, SE SOLICITADO, ENTREGAR AMOSTRA QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA AMOSTRA SERÁ DEVOLVIDA APÓS TESTE SENDO A MESMA APROVADA OU NÃO.</p>	UN	02	RS 9.384,33	RS 18.768,67
23	027.00439.0003-01	<p><b>CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL</b></p> <p>EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DE QUATRO PONTAS COMPATIVEIS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS FUNDAMENTAIS.</p> <p>GABINETE: EXTERNAMENTE REVESTIDO E FIBRA DE VIDRO, COM ESTRUTURA DE SUPORTE CONTRA CHOQUES, RODAS</p>	UN	01	RS 12.000,33	RS 12.000,33



# Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

## Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE SÃO PAULO

000041
PROC 26237/2024
RUBRICA e

ESCAMOTEAVEIS, ALCAS RETRATAVEIS E GALVANIZADAS.

DIMENSÃO APROXIMADA:  
 MEDIDAS: 80 CM E ALTURA 30 CM DE LARGURA 45 CM DE PROFUNDIDADE  
 PESO: 24,5 KILOS  
 CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL  
 REGISTRADO NA ANVISA  
 ALTA POTENCIA POSSIBILITANDO PROCEDIMENTOS PROLONGADOS E UMA SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE PACIENTES SEGUIDOS. RESISTENTE AO TRANSPORTE.  
 REFRIGERADO A AR, ISENTO DE OLEO GARANTINDO A NÃO CONTAMINAÇÃO DO AR. SILENCIOSO, CAPAZ DE CONCILIAR ALTA POTENCIA, RESISTENCIA, REFRIGERAÇÃO A AR E BAIXO RUÍDO VIBRAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 1 – HP
- 6 A 8 BAR
- 380.000 A 480.000 RPM
- 58 DC DE RUÍDO
- 0,75 KW
- ISENTO DE OLEO
- 127V
- EQUIPO DESTACAVEL
- 01 – SERINGA TRIPLICE
- 01- SUGADOR DE SALIVA
- 01 – ENCAIXE BORDEN PARA CANET DE MICROMOTOR.
- 02- ENCAIXES BORDEN PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO.
- 01 – MANGUEIRA OARA EXPURGO.
- 01 – RESERVATORIO DE AGUA
- 01 – PEDAL DE ACIONAMENTO
- 01 – COMPRESSOR
- MANGUEIRA NATURAL QUE INTERLIGA O AR DO COMPRESSOR AS CANETA, PROPORCIONANDO A LOCOMOÇÃO APENAS DO EUIPO DESTACAVEL.

MOCHO PORTATIL COM ASSENTO E ENCOSTO

ESTOFADOS E DOBRAVEL.

24

027.00034.0015-01

UN

02

RS 757,00

RS 1.514,00

### 12. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

A solução apresentada consiste na realização de procedimento licitatório, modalidade pregão eletrônico.

### 13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

Todas as providências pertinentes a contratação já foram executadas, a equipe responsável fez todo levantamento técnico, todos os servidores da área, estão aptos, pois já exercem as funções necessárias para a plena execução do contrato, como por exemplo: levantamento, programação, requisição de compras, distribuição, dispensação, fiscalização da qualidade dos produtos, acompanhamento, avaliação de sua utilização entre outros.

### 14 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

14.1. Não se faz necessário a realização de contratação correlatas e/ou interdependentes para viabilidade e contratação desta demanda.

### 15. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS



# Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA	000042
PROC	26237/2024
RUBRICA	40

**15.1.** Considerando que esta licitação contemplará critérios de produtos conforme legislação técnica pertinente, conclui-se que os benefícios ambientais diretos e indiretos desta contratação, demonstram um aperfeiçoamento na qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Além do mencionado acima, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

I. Os licitantes devem oferecer produtos acondicionados, preferencialmente, em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

II. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada pelos Órgãos de Controle.

## 16. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

**16.1.** Certificamos, para devidos fins, que a Secretaria Municipal de Saúde, através de sua equipe técnica, visaram instruir o Estudo Técnico Preliminar, com o máximo de informações, para a Aquisição de Equipamentos Odontológicos, com o intuito de atender as necessidades da população e da administração pública, com eficiência, qualidade, economicidade e agilidade.

**16.2.** Após a análise dos dados e informações coletadas, do histórico do órgão, do tipo de solução escolhida (MODALIDADE PREGÃO – REGISTRO DE PREÇO), pelos motivos explicitados, é possível afirmar que a contratação que se pretende, É VIÁVEL e adequada para o Órgão.

**16.3.** Responsáveis pelo presente documento:

**Dr. Alexandre Rafael Diniz**  
Coordenadora de Saúde Bucal e Fiscal do Contrato

## 17. APROVAÇÃO E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

**Dr. José Alberto Tarifa Nogueira**  
Secretário Municipal de Saúde e Gestor do Contrato  
Taboão da Serra, 23 de Agosto de 2024